

Unité interdépartementale Loire/Haute-Loire  
6, avenue du Général de Gaulle – CS 90 254  
43 009 Le Puy-en-Velay Cedex

Le Puy-en-Velay, le 22/03/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/03/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SABAROT WASSNER SA**

Z.A. La Combe  
43320 Chaspuzac

Références : UID4243-MEA-024-0073

Code AIOT : 0005602366

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/03/2024 dans l'établissement SABAROT WASSNER SA implanté Z.A. La Combe 43320 Chaspuzac. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette inspection a été réalisée dans le cadre de l'opération coup de poing régionale 2024 sur la thématique des rejets aqueux du site, lesquels ont été encadré en 2023 par un arrêté de prescriptions spéciales.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SABAROT WASSNER SA
- Z.A. La Combe 43320 Chaspuzac
- Code AIOT : 0005602366
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'entreprise SABAROT située à Chaspuzac a pour principale activité le triage et le conditionnement des légumes secs et des champignons secs et surgelés. La société a également une activité de cuisson de céréales et de légumes secs qui génère des rejets d'effluents aqueux, traités sur site avant rejet.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Action régionale 2024

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée *a posteriori* du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée."

#### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                      | Référence réglementaire                              | Autre information |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Schéma des réseaux                                                     | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II       | Sans objet        |
| 2  | Ouvrages de rejet - diffusion, aspect des rejets                       | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49         | Sans objet        |
| 3  | Points de prélèvement aménagés                                         | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 50         | Sans objet        |
| 4  | Respect des périodicités minimales de surveillance                     | AP de Mesures Spéciales du 18/01/2023, article 2.1.2 | Sans objet        |
| 5  | Respect des VLE Actions correctives en cas de dépassement              | AP de Mesures Spéciales du 18/01/2023, article 2.1.1 | Sans objet        |
| 6  | Transmission GIDAF                                                     | Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1          | Sans objet        |
| 7  | Débit de rejet                                                         | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 60         | Sans objet        |
| 8  | Méthode d'échantillonnage et accréditation des intervenants extérieurs | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II      | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection n'a pas relevé de non conformité. L'exploitant devra tenir l'inspection informée de la mise en service de la station d'épuration définitive et de l'évolution de la température des rejets. Les résultats d'analyse des rejets d'eaux pluviales de voirie seront transmis à l'inspection à réception.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Schéma des réseaux**

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Schéma des réseaux                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a fourni un plan des réseaux à jour, faisant notamment apparaître la canalisation de rejet de la nouvelle STEP et le canal Venturi créé pour les prélèvements. Les trois séparateurs hydrocarbures du site sont aussi représentés, ainsi que le bassin EP du site et celui de la zone dans lequel seraient stockées, en cas d'incendie, les eaux d'extinction de l'entrepôt 1510. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 2 : Ouvrages de rejet - diffusion, aspect des rejets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Ouvrages de rejet - diffusion, aspect des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.<br>Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'ouvrage de rejet est à deux étages : un puits par débordement pour casser le flux, suivi d'un enrochement pour disperser l'énergie. Le contrôle de l'ouvrage n'a fait apparaître aucune anomalie.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 3 : Points de prélèvement aménagés

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Points de prélèvement aménagés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...).<br>Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br><br>Un canal Venturi équipé d'un préleveur automatique 24h BAMO est installé en limite de propriété, accessible de l'intérieur du site et de l'extérieur (clé à disposition au besoin). Il est équipé d'un réfrigérateur pour la conservation des échantillons.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 4 : Respect des périodicités minimales de surveillance

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mesures Spéciales du 18/01/2023, article 2.1.2    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Respect des périodicités minimales de surveillance |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les fréquences d'analyse doivent respecter les prescriptions de l'article visé, en fonction des différentes périodes de l'année.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br><br>Un contrôle par sondage sur le mois de juillet 2023 a permis de constater le respect des périodicité fixées par l'APS visé en référence, notamment de juin à octobre où la fréquence de surveillance est plus régulière. Les analyses internes du phosphore sont réalisées quotidiennement du lundi au vendredi (absence de rejet le weekend). Le remplissage de GIDAF est conforme. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 5 : Respect des VLE Actions correctives en cas de dépassement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mesures Spéciales du 18/01/2023, article 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Respect des VLE Actions correctives en cas de dépassement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les VLE de l'ensemble des paramètres doivent respecter les prescriptions de l'article visé.<br><br>Quelques légers dépassements ont été constatés en été 2023 sur les paramètres température et pH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><br>Aucune non conformité relevée hormis sur la température de rejet, avec des dépassements ponctuels atteignant 32°C en période estivale pour une limite à 30°C.<br><br>L'exploitant a indiqué utiliser une bâche tampon en sortie de STEP pour essayer de refroidir l'effluent. La mise en service de la station définitive, où la cuve biologique est en béton (vs cuves en fibres de la station temporaire) devrait permettre un meilleur refroidissement de l'effluent. Un échangeur thermique a été installé préventivement dans la cuve béton, et pourra éventuellement être connecté à un groupe froid en fonction des mesures de température qui seront réalisées à la mise en service de la station définitive. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### N° 6 : Transmission GIDAF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Transmission GIDAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des émissions réalisées conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet.<br>La télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits dans lesdits arrêtés dès lors que lesdites prescriptions imposent une transmission de ces résultats à l'inspection des installations classées ou au préfet.<br><br>Depuis la mise en place du cadre de surveillance sur GIDAF, l'exploitant respecte l'enregistrement des auto-surveillance et indique clairement les justificatifs (absence de rejet, détection impossible,...). |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les résultats d'autosurveillance sont déclarés conformément aux attendus. L'exploitant fait part de difficultés dans la saisie de ses résultats, qui doit être réalisée manuellement alors qu'elle était auparavant automatique.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                              |

**N° 7 : Débit de rejet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 60</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Débit de rejet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.</p> <p>Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.</p> <p>L'APS de 2023 fixe le débit à 140 mg/l.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La mesure du débit est réalisée en continu et démontre l'absence de dépassement du débit journalier autorisé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 8 : Méthode d'échantillonnage et accréditation des intervenants extérieurs**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Méthode d'échantillonnage et accréditation des intervenants extérieurs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Pour les mesures dans l'eau, les préconisations énoncées dans le guide relatif aux opérations d'échantillonnage et d'analyse de substances dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement, validé par le ministère en charge de l'environnement, permettent de garantir la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. En particulier, si l'exploitant fait appel à un ou des organismes ou laboratoire extérieur pour ces mesures de surveillance, il s'assure que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d'analyse est agréé ou accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le préleveur automatique BAMO est bien équipé d'un réfrigérateur pour la conservation des échantillons. Sa température n'a toutefois pas été contrôlée.</p> <p>pH, température et débit sont enregistrés en continu.</p> <p>La laboratoire TERANA qui réalise les analyses au profit de l'exploitant est bien accrédité COFRAC (n°1-6123).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |